

## PENS TEKNİK ŞARTNAME

1. Ürün orjinal ambalajında olmalıdır.
2. Sivri ve ince uçlu bu pensler, en üst kalitede parlak paslanmaz çelikten üretilmelidir.
3. Ucu düz, ince ve sivri uçlu olmalıdır.
4. Gerekğinde firma tarafından teknik destek verilebilmelidir.
5. Teklif veren firma kendi laboratuvar alt yapısında ürünlere destek verebilmelidir.
6. Ürünün kargo teslimi kabul edilmeyecek olup elden teslim sağlanmalıdır.

## PETRİ KUTUSU

1. Petri kutusu - cam - 80 x 15 mm Ters çöktürme üretim yöntemi ile ısıya dayanıklı
2. camdan üretilmelidir.
3. Gövde ve kapak hava kabarcıkları içermemelidir. Kapak gövde üzerine tam uyumlu
4. oturmalıdır.
5. Çok düz olan taban yapısı eşit madde yayılımını ve uniform hücre büyümesini garanti
6. etmelidir.
7. 4. Alev ile perdahlanmış kutu ve kapak kenarları kırılma riskini azaltarak güvenli kullanım
8. sunmalıdır.
9. 5. Ölçüleri 80 x 15 mm olmalıdır.
10. Gerekğinde firma tarafından teknik destek verilebilmelidir.
11. Teklif veren firma kendi laboratuvar alt yapısında ürünlere destek verebilmelidir.
12. Ürünün kargo teslimi kabul edilmeyecek olup elden teslim sağlanmalıdır.

## HİDROKLORİK ASİT

1. Ürün ithal olmalıdır.
2. Teklifte birlikte yetki satış belgesi veya distribütörlük belgesi ibraz edilmelidir.
3. Ürün 1 litrelik ambalajda teslim edilmelidir.
4. Teklif verilen ürün kullanıcı tarafından kullanılıp onaylanmış olmalıdır.
5. Ürün sıvı formda olmalıdır.
6. Teklif veren firma kendi laboratuvar alt yapısında ürünlere destek verebilmelidir.
7. Ürünün kargo teslimi kabul edilmeyecek olup elden teslim sağlanmalıdır.

## NİTRİK ASİT

1. Ürün ithal olmalıdır.
2. Teklifte birlikte yetki satış belgesi veya distribütörlük belgesi ibraz edilmelidir.
3. Ürün 1 litrelik ambalajda teslim edilmelidir.
4. Teklif verilen ürün kullanıcı tarafından kullanılıp onaylanmış olmalıdır.
5. Ürün sıvı formda olmalıdır.
6. Teklif veren firma kendi laboratuvar alt yapısında ürünlere destek verebilmelidir.
7. Ürünün kargo teslimi kabul edilmeyecek olup elden teslim sağlanmalıdır.

## ASETON

1. Berrak, temiz, renksiz, tortusuz olmalı ve orijinal ambalajında olmalıdır.
2. Ürünün üzerinde analiz bilgileri bulunmalıdır.
3. Şişelerin kapakları sızdırmaz olmalıdır.
4. Ürün ithal olmalıdır.
5. Teklifle birlikte yetki satış belgesi veya distribütörlük belgesi ibraz edilmelidir.
6. Ürün 1 litrelik ambalajda teslim edilmelidir.
7. Teklif verilen ürün kullanıcı tarafından kullanılıp onaylanmış olmalıdır.
8. Ürün sıvı formda olmalıdır.
9. Teklif veren firma kendi laboratuvar alt yapısında ürünlere destek verebilmelidir.
10. Ürünün kargo teslimi kabul edilmeyecek olup elden teslim sağlanmalıdır.

## NONSTERİL PUDRASIZ TIBBİ/CERRAHİ MUAYENE ELDİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün lateksten imal edilmiş, pudrasız, non-steril özelliğe sahip, tek kullanımlık ve boyu en az 240 mm (küçük-ekstra küçük ölçülerinde en az 220±20 mm) olmalıdır.
2. Eldivenler şekil itibariyle anatomik, kullanım itibariyle ergonomik olmalı ve giyildiğinde eli kavramalı fakat elin hareketini engelleyecek kadar sıkı olmamalıdır.
3. Eldivenler yapışık olmamalı, kolayca giyilip çıkarılabilir olmalıdır.
4. Eldivenin bilek kısmı çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır.
5. Eldivenler giyilip müdahale için cilde dokunulunca cilt hissedebilmelidir.
6. Sağ ve sol el kullanım farkı olmaksızın her iki el içinde giyilebilir nitelikte olmalıdır.
7. Sıvı geçirgenliği olmamalıdır.
8. Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalı, eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalı, sağlam ve pürüzsüz olmalıdır.
9. Ürün ambalajında dökülme ve saçılmaya neden olacak yıpranma ve yırtılma olmamalıdır.
10. Ambalajlarda 250 adet ürün bulunmalıdır.
11. Ambalaj üstünde üretim tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
12. Ürünlerin kargo ile teslimi kesinlikle kabul edilmeyecektir. Elden teslimat olmalıdır.

## DEZENFEKTAN ŞARTNAMESİ

1. Genel kullanım alanları için kullanıma uygun olmalıdır.
2. Cilt pH'ına uygun olmalıdır.
3. QAC ile destekli min %80 etil ya da izopropil alkol içermelidir.
4. Dispenserler ile kullanıma uygun olmalıdır.
5. Dermatolojik olarak test edilip onaylanmış olmalıdır.
6. 1 lt ambalajda olmalıdır.
7. Ürün Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından açıklanan yasaklı aktif maddeler içermemelidir. ( 2016/107/EU, 2016/108/EU, 2016/109/EU ve 2016/110/EU sayılı Avrupa Komisyonu Uygulama Kararnameleri Gereği Belirtilen Ürün Tiplerinde Yer Alan Biyosidal

Ürünlerde Aktif Madde Olarak Kullanımları Durdurulan Maddeleri Gösterir Tabloda yer alan aktifleri içermemelidir.)

8. Ürüne ait “31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Biyosidal Ürün Ruhsatı olmalıdır ve bu belgenin sunulması zorunludur..
9. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE’den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
10. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
11. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
12. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
13. Üretici firmaya ait TSE İyi Üretim Uygulamaları Uygunluk Belgesi(GMP) belgesi olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
14. Teklif veren firma kendi laboratuvar alt yapısında ürünlere destek verebilmelidir.
15. Ürünün kargo teslimi kabul edilmeyecek olup elden teslim sağlanmalıdır.

BELİRTİLEN TÜM ÜRÜNLER PROJENİN SAĞLIĞI AÇISINDAN TEK BİR FİRMADAN ALINACAK OLUP TESLİM SÜRESİ 7 GÜNÜ GEÇMEMELİDİR.