

ELİZA KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 01.Kitler 96 ve 48 testlik olmalıdır.
- 02.Kitlerin yöntemi Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay olmalıdır.
- 03.Kitler çift antikor sandviç metodu ile çalışmalıdır.
- 04.Kitler 2-8 derecede saklanmalıdır.
- 05.Kitlerin miadı 6 aydan az olmamalıdır.
- 06.Kitlerin inkübasyon süresi 70 dk aşmamalıdır.
- 07.Üretici firma teknik destek sağlamalıdır.
- 08.Testler 450 nm dalga boyunda okunmalıdır.
- 09.Kit içerisindeki tüm komponentler Likit olmalıdır.
- 10.İntra Assay: CV %10dan az olmalıdır.
- 11.İnter Assay :CV %12den az olmalıdır.
- 12.Kitler yerli malı olmalıdır.
- 13.Kit içerisindeki komponentler kullanıma hazır olmalıdır.
- 14.Kitler serum, plasma, idrar örneklerinde çalışmaya uygun olmalıdır.

Genel Teknik Şartnamesi

1. Kitler laboratuvardaki cihazlara aplikasyonu ücretsiz yapılacak
2. Tüm sarf malzemeler ücretsiz olarak verilecek
3. Kısmı teklif verilmeyecek, tüm kalemlere birlikte teklif verilecek

TOTAL THIOL VE NATIVE THIOL TEKNİK ŞARTNAMESİ (THIOL DİSÜLFİD HEMOSTASİS)

- 1- Kitin reaktifleri likit olmalıdır
- 2- Kit numunedeki tiollerin bütüncül ölçümünü sağlamalıdır
- 3- Kit kullanıma hazır olmalıdır.
- 4- Kit kolorimetrik prensiple çalışmalıdır.
- 5- Kit, end point metotla çalışmalıdır.
- 6- Kit otomatik analizörlere yüklenerek otomatik olarak veya spektrofotometrede manuel olarak çalışılabilmelidir.
- 7- Kitin reaktifleri uzun ömürlü olmalı 2-8 derecede 6 ay stabil olarak bekleyebilmelidir.
- 8- Kit, Serum ve Heparinli Plazma örnekleri ile çalışabilmelidir.
- 9- Kitin CV değeri düşük olmalıdır.
- 10- Kitin Hassasiyeti yüksek olmalıdır.
- 11- Kitin Analitik performansı yüksek olmalıdır.
- 12- Kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.
- 13- Kitin yerli malı belgesi olmalıdır ve ürünle birlikte ibraz edilmelidir.
- 14- Kitler 100'er testlik ambalajlar şeklinde olmalıdır.
- 15-Kit 405 nm.de çalışılmalıdır.
- 16-Kit $\mu\text{mol/L}$ cinsinden sonuç vermelidir
- 17-Kitlerin çalışılması sonucunda Total Thiol ,Native Thiol sonuçlarının elde edilmesinin yanında Thiol Disülfid Dengesinde hesaplanabilmelidir.
- 18.Kitlerin teslimatı 1 gün içerisinde yapılmalıdır.
- 19.Kitlerin aplikasyonu için destek vereceğini üretici firma taahhüt vermelidir.